


Airtec Röhrchen für die Prüfung von
Druckgasflaschen

Kohlenstoffdioxid, CO₂ CAS-Nummer: 124-38-9 **2A**

AGW: 5000

KZE: 10000

ETW 4h: 10000




detecting layer (yellowish orange)

Leistungsmerkmale:

Messbereich:	Anzahl Pumpenhübe:	Korrekturfaktor:	Dauer der Messung:
250 bis 3000 ppm	100 ml/min (500 ml)	1	5 min

Farbumschlag: orangegelb → gelb
Korrektur für Temperatur: bei 0 bis 40 °C nicht notwendig
Korrektur für Luftfeuchte: bei 0 bis 90 % nicht notwendig
Standardabweichung: 10 % (für 250 – 1.000 ppm), 5 % (für 1.000 – 3.000 ppm)
Lagerzeit: 3 Jahre

Reaktionsprinzip:



Herstellung des Kalibriergas:

Druckgasflasche