



Gastec Prüfröhrchen für
Langzeitmessungen

Kohlenstoffmonoxid, CO CAS-Nummer: 630-08-0 **1D**

AGW: 30 ppm KZE: 60 ppm ETW 1h: 83 ppm ETW 4h: 33 ppm UEG: 11.3 Vol%



detecting layer (pale yellow)


Leistungsmerkmale:

Messbereich:	Anzahl Pumpenhübe:	Korrekturfaktor:	Dauer der Messung:
1,04 bis 2000 ppm			0,5 bis 48 Stunden
Farbumschlag:	blassgelb → braun		
Korrektur für Temperatur:	nein		
Korrektur für Luftfeuchte:	nein		
Standardabweichung:	10 % (für 50 bis 1.000 ppm • hr)		
Lagerzeit:	2 Jahre		

Querempfindlichkeit:

Substanz	Konzentration	Abweichung	Farbänderung
Schwefelwasserstoff		+	rötlich braun
Stickstoffdioxid	>= 5 ppm	-	keine
Chlor		keine	keine

Reaktionsprinzip:



Herstellung des Kalibriergas:

Druckgasflasche